



**Vet-line**

- Bedienungsanleitung*
- Instruction Manual*
- Manual de instrucciones*
- Mode d'emploi*

## **DRENCH – MATIC®**

*by HSW*

*for veterinary use only*



*Henke-Sass, Wolf GmbH  
Keltenstrasse 1  
D-78532 Tuttlingen  
Germany  
Tel. +49 74 62 94 66 207  
Fax +49 74 62 94 66 52 08  
[www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de)  
E-mail: [info@henkesasswolf.de](mailto:info@henkesasswolf.de)*



- ◆ Automatische Selbstfüllerspritze  
z. Bsp. zur oralen Anwendung bei Schafen und Rindern
- ◆ Innovatives ergonomisches Design
- ◆ Einfache Handhabung und leichte Reinigung
- ◆ Hochfester Plastikzyylinder
- ◆ Dosiermenge stufenlos einstellbar



Die DRENCH – MATIC® ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: 10 / 23 ml (silber) 23 / 30 ml (weiß)

Die DRENCH – MATIC® wurde zur oralen Anwendung von Lösungen bei Schafen und Rindern oder Reihenimpfungen entwickelt. Das ergonomische, anwenderfreundliche Design sowie alle verwendeten, hochfesten Materialien, die bei der Herstellung verwendet wurden, garantieren einen ermüdungsfreien Einsatz sowie extrem hohe Lebensdauer Ihrer DRENCH – MATIC®.

Die Produkte sind vor jedem Gebrauch mit geeigneten Mitteln zu reinigen und zu desinfizieren.  
Beachten Sie bitte hierbei die Hinweise der Hersteller der von Ihnen eingesetzten Desinfektionsmittel.



#### Einsatz als DRENCHER

1. Schlauch an der Rückseite des Drenchers befestigen
2. Option 1: Befestigung des Schlauches an der Draw-off Kappe bei Einsatz mit Flasche
3. Option 2: Befestigung des Schlauches am Ansatz des Rückenkanisters
4. Lösen Sie die Arretierschraube (A) für die stufenlose Dosiermengeneinstellung
5. Drehen Sie die Dosierschraube (B) bis die gewünschte Dosiermenge erreicht ist.  
Arretierschraube (A) festdrehen, Griff nach vorne drücken
6. Einstellschraube (C), stufenlos einstellbar zur Regulierung des gewünschten Federdruckes.



#### Einsatz als Injektions-Spritze

Für diese Anwendung ist Sonderzubehör erforderlich

- a) Luer Lock Adapter mittels Überwurfmutter befestigen, eventuell Drench Nozzle vorher abnehmen
- b) Luer Lock Kanüle einsetzen
- c) Dosiermenge wie unter Pkt. 4 / 5 einstellen, Griff nach vorne drücken
- d) Spritze leicht schräg halten, Griff loslassen und aus Flasche aufziehen
- e) Bei eventuell eingezogenen Luftblasen wiederholen Sie bitte wie unter (c) beschrieben



Dosiereinstellung: Positionieren Sie die schwarze Kante des Kolbens auf die gewünschte Dosiermenge auf der Graduierung am Zylinder. Aussehen variiert je nach Modell. Die Spritzen sind mit unterschiedlichen Kolben ausgestattet, dementsprechend ist gemäß den nachstehenden Bildern zu verfahren.



## Gebrauch / Pflege der HSW DRENCH – MATIC®

Entfernen Sie nach der Applikation alle Rückstände mit den gängigen Reinigungsmitteln und spülen Sie die Spritze anschließend unter warmem Wasser gründlich ab.

## Wechseln der O-Ringe auf der Kolbenstange / Reinigung des Zylinders

(Vorgehensweise variiert je nach Modell)

Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise beim Wechseln des O-Rings auf der Kolbenstange:

Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4



- 1) Dosiereinstellung auf maximalen Wert einstellen, wie unter Punkt 4 / 5 auf Seite 1 beschrieben
- 2) Überwurfmutter lösen
- 3) Kolbenstange nach oben aus Halterung nehmen und aus dem Zylinder herausziehen
- 4) O-Ring bzw. O-Ringe wechseln. Füllen Sie 100% reines Olivenöl nativ extra kalt gepresst oder gleichwertiges Speiseöl in eine Tasche zwischen den beiden O-Ringen auf dem Kolben.  
Ölen Sie den O-Ring bzw. die O-Ringe ebenfalls leicht.  
Ziehen Sie zur Reinigung (auskochen) den Kunststoffzylinder aus den beiden Griffen.  
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
- 5) Verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen.

Ausführung mit Stift



Ausführung mit Flansch



ein O-Ring



Bei Ausführung 23 ml/30 ml (weiß) mit Stift: Durch Lösen der Schraube am Gehäuse sowie  $\frac{1}{4}$  Drehung des Behälters bis Stift im Schlitz erscheint, den Zylinderbehälter mit Zylinder nach hinten abziehen.

Bei Ausführung 23 ml/30 ml (weiß) mit Flansch: Durch Lösen der Schraube am Gehäuse des Behälters, den Zylinderbehälter mit Zylinder nach hinten abziehen.

## Wechsel / Reinigung der Ventile

- Überwurfmutter bei allen Versionen am Vorderteil lösen
- Ventil mit Feder und O-Ring wechseln oder reinigen
- Überwurfmutter am Schlauchansatz lösen bzw. den Kolben von der Kolbenstange mit einem Schraubenschlüssel lösen und gleichermaßen verfahren. Bei Ausführung mit Stift oder Flansch, Ventil gegen leichten Widerstand nach vorne abziehen.
- Ventil mit Feder und O-Ring wechseln oder reinigen



Bei allen Modellen auf den korrekten Einbau der Federn achten!

## Desinfektion

Es wird unbedingt empfohlen, die DRENCH-MATIC® sowie Kanülen vor jeder Applikation zu desinfizieren.

- 1) Reinigen Sie die Spritze mit heißem Wasser.
- 2) Legen Sie die komplette DRENCH – MATIC® inkl. eingesetzter Kanülen oder Drench Nozzles in einen Behälter mit Wasser ein und kochen Sie diese ca. 20 Minuten aus.
- 3) Entnehmen Sie die DRENCH – MATIC® nach dem Kochvorgang, trocknen diese mittels Reinigungstuch und spritzen Sie trocken durch.

## Ölen der O-Ringe

Kolbenstange schwergängig: Kolbenstange mit Kolben je nach Ausführung wie oben beschrieben entfernen. O-Ringe je nach Ausführung mit 100% reinem Olivenöl nativ extra, kalt gepresst oder gleichwertigem Speiseöl schmieren. Bitte beachten Sie die Haltbarkeits- sowie Lagerungsangaben der Hersteller. Verwenden Sie keine mineralischen Öle, Silikone, WD-40, Glycerin oder Alkohol. Auf Petroleumbasis eingesetzte Öle können den Kolben beschädigen, bzw. mindern die Lebensdauer des Produktes.

## DRENCH – MATIC®

by HSW



- ◆ Automatic self-filling syringe  
Can be used, for example, for oral application of sheep and cattle
- ◆ Innovative and ergonomic design
- ◆ Simple handling and easy cleaning
- ◆ Plastic barrel  
highly resistant adjustable dosage
- ◆ Design for use as an Injector or Drencher



The DRENCH – MATIC® is available in two different versions: 10 / 23 ml (silver) 23 / 30 ml (white)

The DRENCH – MATIC® has been designed for the oral application of sheep and cattle or for multiple dosing. The ergonomic, user – friendly design and strong materials which are used in manufacturing, guarantee a tireless operation and a high lifetime of the DRENCH – MATIC®

It is essential that the drencher is cleaned before each use. Please follow the manufacturers recommendations with any cleaning or disinfectant solutions used.



### Using a tube feeding syringe

1. Attach one end of the tube to the drencher
2. Option 1: Attach the other end of the tube to the selected Draw Off Cap
3. Option 2: Attach the other end of the tube to the bag pack
4. Loosen dose adjustment lock nut (A)
5. Turn dosing adjustment screw (B) to set the required dosage. Retighten lock nut. (A)
6. Handle spring pressure can be adjusted (C) for comfort and tension



### Using an Injection Syringe


For this application, additional accessories are required.

- a) Fit Luer Lock Adapter by means of the screw nut onto the tip  
(attached nozzle to be removed first)
- b) Insert Luer Lock needle
- c) Adjust/set dosage as described under item 4/5 by pushing the handle in forward position
- d) Squeeze adjustable handle and then release to draw fluid into the barrel.  
To remove air bubbles inside the barrel, repeat as mentioned in step (c) taking care not to waste fluid
- e) In case of air bubbles repeat step (c)



C

Dose Setting: Align the black surface of the piston to the required dosage shown on the barrel.  
The syringes are equipped with different pistons; please operate according to the following illustrations.



## Instruction / Maintenance of the HSW DRENCH – MATIC®

Remove all traces of material from drencher by flushing thoroughly with a warm water detergent mix.



### Replacing piston O-ring / Cleaning of the barrel

(Varied according to each model)

Should it become necessary to replace the piston O-ring the subsequent procedure must be followed:

picture 1




picture 2



picture 3



picture 4



- 1) Adjust the handle by means of the dosage setting to maximum as instructed on page 1 (point 4/5)
- 2) Unscrew fixing ring for the handle
- 3) Remove piston rod by sliding it backwards
- 4) Replace two O-rings and lubricate new O-rings as well as one of the notches on the piston for self-lubrication during use with 100% pure oil, cold squeezed or equivalent.  
For the cleaning (boiling), remove barrel from housing by pushing it back.  
Reinstall the opposite way.
- 5) Make sure that only original spare parts are used to guarantee function.

Version with pin



Version with flange



one O-Ring



23 ml/30 ml (white) with pin lock: unscrew the fixing screw on housing and turn housing by  $\frac{1}{4}$  and retract the housing with barrel from the handle. You can now remove the barrel.

23 ml/30 ml (white) with flange: unscrew the fixing screw and slide the housing with barrel backwards. You can now remove the barrel.

### Replacing the Valves

- unscrew fixing screw on the front part
- exchange or clean valve, spring and washer
- Version with pin or flange: Remove the valve to the front, against a slight resistance.  
Unscrew tubing attachment at the rear end of the syringe or unscrew the piston from the piston rod with a screw-wrench and operate correspondingly
- exchange or clean valve, spring and washer or unscrew the piston from piston rod with a screw-wrench and operate correspondingly



With all versions, please pay attention to a correct assembly of the springs!

### Desinfection

*It is recommended to disinfect the DRENCH – MATIC® as well as the needles or nozzles before and after each use.*

- 1) Draw "hot" water into the barrel
- 2) Suspend the complete DRENCH – MATIC® including needles or nozzles in a container of water and boil for up to 20 minutes.
- 3) Remove the DRENCH – MATIC® from container, wrap cloth around the handle and pump it dry

### TO LUBRICATE

If piston becomes sluggish: Remove piston and lubricate O-rings (according to each model) with 100% pure oil, cold squeezed or equivalent vegetable oil. Please follow the manufacturers durability and storage life instruction. Do not use mineral oil, silicone, WD-40, glycerine or alcohol. Petroleum based products harden the piston, reducing the life of the component.



- ◆ *Jeringa oral automática*
- ◆ *Diseño innovador y ergonómico*
- ◆ *Fácil de limpiar tanto las válvulas como el émbolo*
- ◆ *Cilindro de plástico*
- ◆ *Dosificación regulable*
- ◆ *Diseño para utilizar como dosificador oral*
- ◆ *Dos versiones; 10 cc y 23 cc*
- ◆ *Tubo trasero de plástico para alimentación*




*La DRENCH-MATIC® está disponible en dos versiones diferentes: 10 / 23 ml (plate) 23 / 30 ml (blanca)*

*Las DRENCH-MATIC® de 10 y 23 cc han sido diseñadas para la administración automática de soluciones y suspensiones. El uso ergonómico, diseño agradable y los materiales resistentes utilizados en la fabricación, garantiza incansables aplicaciones y una alta duración de la vida de DRENCH-MATIC®*

*Es esencial que la jeringa esté limpia antes de cada utilización. Por favor seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza y desinfección.*

#### Utilización del tubo de alimentación



1. Fijar un extremo del tubo a la parte posterior de la jeringa
2. Opción 1: Fijar el otro extremo del tubo al adaptador para frascos seleccionado
3. Opción 2: Fijar el otro extremo del tubo al tapón de la mochila
4. Aflojar el fijador del dosificador con la tuerca (A)
5. Ajustar la dosificación deseada con el tornillo (B) Fijar la dosificación con la tuerca (A)
6. La presión del muelle del mango se puede ajustar con el tornillo (C)



#### Utilización como jeringa inyectable


*Para esta aplicación accesorio especial es necesario*



- a) Fijar adaptador Luer-Lock con capa de tuerca, eventualmente quitar en primer lugar el Drench Nozzle
- b) Instalar cánula Luer-Lock
- c) Ajustar la cantidad de dosificación vea puntos 4/5, apretar el mango al frente
- d) Agarrar la jeringa un poco diagonal, desasir el mango y recoger de la botella
- e) Si eventualmente hay burbujas, repite por favor cómo descrito en punto (c)

*Modo de dosificación: Alinear el émbolo de color negro con la dosis deseada que se ve en el cilindro.*

*El aspecto varía según modelo. Las jeringas tienen pistones diferentes, por consiguiente se debe proceder según las ilustraciones a continuación.*



## Instrucciones / Mantenimiento de HSW DRENCH – MATIC®

Sacar todo tipo de restos de material de la jeringa limpiando a fondo con agua caliente mezclada con detergente.

### Cambiar el reten del embolo / Limpiar el cilindro

(Procedimiento varia según modelo)

Seguir las instrucciones siguientes para cambiar el retén del émbolo.



- 1) Ajustar el mango al máximo de dosificación como se indica en la página 1 (4 / 5)
- 2) Desenroscar la rosca de la cobertura
- 3) Sacar la varilla y el émbolo tirando hacia atrás
- 4) Cambiar los dos retenes del émbolo y lubricarlos con aceite de oliva o aceite vegetal incluso el émbolo
- 5) Asegurarse de que las partes de recambio cambiadas son originales

Ejecución con barrita



Ejecución con brida



junta tórica



Concerniente ejecución 23 ml/30 ml (blanco) con barrita: por desbloquear el tornillo de la caja así como 1/4 rotación del envase hasta que la barrita se figure, retirar el envase del cilindro con el cilindro atrás.

Concerniente 23 ml/30 ml (blanco) con brida: por desbloquear el tornillo de la caja del envase, retirar el envase de cilindro con el cilindro atrás.

### Cambiar las Válvulas

- Desenroscar la parte frontal de la jeringa
- Cambiar or limpiar la válvula, el muelle y el retén
- Desenroscar el tubo de la parte posterior de la jeringa respectivamente quitar el pistón del vástago de pistón con una llave de tuerca, y proceder igualmente. Ejecución con barrita o brido, retirar la válvula contra resistencia floja el frente.
- Cambiar o limpiar la válvula, el muelle y el retén



Concerniente todos los modelos: tener cuidado a la instalación correcta de las lengüetas!



### Desinfección

Es recomendable que la DRENCH-MATIC®, las agujas y los conos sean desinfectados antes y después de cada uso.

- 1) Agitar agua caliente en el interior del cilindro.
- 2) Introducir la DRENCH – MATIC® completa incluyendo las agujas y los conos en un recipiente con agua y hervir durante 20 minutos.
- 3) Sacar la DRENCH – MATIC® del recipiente envolverla en un trapo y secarla.

### Para lubricar:

Si el émbolo se desliza lentamente:

Sacar el émbolo y lubricar el retén con aceite de oliva 100%, o aceite vegetal. Por favour seguir las instrucciones del fabricante de almacenaje y para la durabilidad d la vital del producto. No utilizar aceite mineral, silicona, WD-40, glicerina o alcohol.

Los productos basados en petróleos secan los retenes reduciendo la vida de los componentes.



- ◆ **Seringue à auto-remplissage automatique pour une application orale pour les moutons et les bovins**
- ◆ **Design innovant et ergonomique**
- ◆ **Maniement simple et nettoyage facile**
- ◆ **Cylindre en plastique hautement résistant**
- ◆ **Quantité de dosage réglable en continu**



*La seringue est disponible en deux modèles différents: 10 ml / 23 ml (argent) 23 ml / 30 ml (blanc)*

*La seringe DRENCH – MATIC® a été élaborée pour une application orale auprès des moutons et bovins ou pour des vaccinations en série. Le design ergonomique et innovant ainsi que les matériaux résistants utilisés, garantissent une utilisation simple ainsi qu'une longue durée de vie de la DRENCH – MATIC®.*

*Les produits sont à nettoyer et à désinfecter avant chaque utilisation.*

*Tenir compte des instructions du fabricant lors de l'utilisation du produit désinfectant.*



#### *Utilisation DRENCHER*

1. Fixer le tuyau à l'arrière du Drenchers
2. Option 1: Fixer le tuyau au capuchon Draw-off lors la mise en place avec bouteille
3. Option 2: Fixer le tuyau au bidon arrière
4. Dévisser la vis pour la mise en place de la quantité de dosage
5. Tourner la vis de dosage (B) pour atteindre la quantité de produit souhaité (B)  
Serrer la vis d'arrêt (A) – Appuyer sur la poignée
6. Vis de réglage (C) réglage graduellement pour la régulation de la pression du ressort



#### *Utilisation seringue*


*Pour cette application, il faut avoir des accessoires spéciales.*

- a) Serrer l'adaptateur Luer Lock Adapter au milieu de l'embase à verrouillage femelle, enlever éventuellement le Drench Nozzle auparavant
- b) Insérer la canule Luer Lock
- c) Régler la quantité de dosage – voir points 4 / 5, tirer la poignée vers l'avant
- d) Tenir la seringue légèrement en biais, lâcher la poignée et retirer de la bouteille
- e) Renouveler l'opération (c) afin d'éliminer toutes bulles



**C**

**Dosage:** Positionner le bord noir du piston sur le dosage souhaité de la graduation du cylindre. L'apparence varie selon le modèle. Les seringues sont équipées avec des différents pistons, il faut suivre les illustrations suivantes.




## Entretien après utilisation du HSW DRENCH – MATIC®

Après utilisation et enlèvement du flacon, rincer soigneusement la seringue à l'eau chaude

### Changement des joints sur le piston / nettoyage du cylindre

(Manière d'agir dépend du modèle)

Veuillez tenir compte des recommandations suivantes lors du changement des joints sur le piston



- 1) Mise en place du dosage sur maximum comme indiqué au point 4 / 5 page 1
- 2) Enlever la vis de réglage
- 3) Enlever le piston du support et le sortir du cylindre
- 4) Changer le joint, lubrifier légèrement avec de l'huile d'olive ou une autre huile alimentaire.  
Sortir le cylindre en plastique pour le nettoyer (bouillir)  
La mise en place du cylindre et du piston se fait dans le sens inverse
- 5) N'utiliser que des pièces de rechange d'origine

Version avec broche



Version avec bride



joint torique



Modèle 23 ml / 30 ml avec broche (blanc): Enlever la vis à la boîte et tourner  $\frac{1}{4}$  le conteneur afin que la broche apparaisse à l'échancrure.

Modèle 23 ml / 30 ml avec broche (blanc): Enlever la vis à la boîte, après il faut tirer la boîte du cylindre à l'arrière

### Changement / nettoyage de la soupape

- enlever la vis de réglage
- Changer ou nettoyer la soupape avec ressort et joints
- Modèle avec broche et flanc: Il faut décoller la soupape à l'avant contre une petite résistance.
- Enlever la vis de réglage et dévissez le piston du perchoir du piston avec un clé à vis et opérez à la manière correspondante.
- changer ou nettoyer soupape avec ressort et joints



Veuillez respecter le montage correct des ressorts avec tous les modèles.

### Désinfection

*Il est impérativement recommandé de désinfecter la DRENCH-MATIC® ainsi que les canules avant chaque usage*

- 1) Rincer la seringue à l'eau chaude
- 2) Poser la DRENCH – MATIC® complète ainsi que les canules ou Drench Nozzles dans un récipient avec d'eau, bouillez environ 20 minutes
- 3) Après cette opération, sécher la seringue à l'aide d'un tissu et soufflez la pour la sécher

### Lubrification des joints

- démontez les joints du piston
- lubrifiez les joints avec de l'huile 100% végétale (olive pressée à froid) ou équivalent
- vérifiez la date de péremption et les indications de stockage du fabricant
- n'utilisez aucune huile minérale ou silicone, WD 40, glycérine ou alcool ni aucune base de pétrole, ces produits détériorent les composants et réduisent la durée de vie de la seringue

© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 700037-05/12 · Änderungen in Technik und Design vorbehalten · Printed in Germany  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 700037-05/12 · Subject to amendments in technology and design · Printed in Germany  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 700037-05/12 · Reservada los derechos de modificaciones técnicas y de diseño · Impreso en Alemania  
© copyright · Henke-Sass, Wolf GmbH · 700037-05/12 · Sous réserve de modifications dans le design et la technique · Printed in Germany

Die kompletten Ersatzteillisten für dieses Produkt können Sie in der jeweils aktuellen Version unter [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de) herunterladen oder anfordern.

You can download an updated version of the complete spare part ist for this product under [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de) or kindly request the same.

Usted puede obtener una versión actualizada completa, de las piezas de recambio en, [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de), o solicitarlo a nosotros.

La liste complète des pièces détachées pour ce produit est d'ores et déjà disponible et peut-être téléchargée sur notre site, [www.henkesasswolf.de](http://www.henkesasswolf.de).